

Venoplant Procto gel

INDICAZIONI: Venoplant Procto gel è un dispositivo medico che agisce proteggendo la mucosa rettale e la zona perianale in caso di irritazione, creando un ambiente ottimale per i processi di riparazione e proteggendo, al contempo, l'area da agenti esterni di natura fisica (sfregamenti) e batterica. È concepito per apportare sollievo dalla sintomatologia (dolore, sensazione di bruciore e prurito) associata ai disturbi ano-rettali quali emorroidi, ragadi anali e perianali. Il meccanismo con cui agisce il dispositivo medico è fondato sulla capacità di promuovere un effetto filmante, ad opera della componente polimerica e polisaccaridica, sulla parte lesa donando così sollievo, grazie anche all'azione idratante svolta dalla glicerina e dalla componente polimerica e polisaccaridica stessa. La sua formulazione a pH debolmente acido, rispetta l'ambiente delle zone da trattare.

Composizione: Isocide IMU, Glicerina, Carbopol, Gomma xantano, Estratto di centella asiatica, Estratto secco di meliloto, Glicole propilenico, Sodio idrossido 30%, Metilparabene sodico, EDTA bisodico, Glicacyd ECO, Latte di oliva, Resassol, Zanthalene 20%, Acido lattico, acqua.

Posologia e modalità d'uso: Il dispositivo è destinato sia all'utilizzo non invasivo (applicazione anale e perianale) che all'utilizzo invasivo in relazione agli orifizi del corpo (applicazione endorettale) mediante l'apposito applicatore. Nel caso di applicazione anale e perianale, detergere accuratamente la parte interessata prima dell'applicazione del prodotto. Spalmare il prodotto nella zona interessata 3/4 volte al giorno.

Nel caso di applicazione endorettale:

- Svitare il tappo, sfondare il sigillo di sicurezza con il retro-tappo ed avvitare la cannula endo-rettale munita di cappuccio di protezione sul collo del tubo stesso.
- Togliere il cappuccio e spremere fino a riempire la cannula facendo uscire una piccola quantità di prodotto per lubrificare la cannula.
- Inserire delicatamente la cannula nel retto.
- Spremere nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto.
- Dopo l'uso pulire accuratamente la cannula e ricoprirla con il cappuccio.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. La durata del trattamento non deve superare i 30 giorni.

Avvertenze:

- Il prodotto è per uso rettale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare il medico.
- Non sono stati condotti studi in gravidanza ed allattamento, pertanto in questi casi utilizzare il prodotto dopo aver sentito il parere del medico.
- La funzionalità del prodotto è garantita dall'integrità della confezione primaria. Non utilizzare il dispositivo se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, si raccomanda un lavaggio a fondo con acqua tiepida.
- Non disperdere il tubetto nell'ambiente dopo l'uso.

Interazioni: Non sono note ad oggi interazioni correlate all'utilizzo del dispositivo medico Venoplant Procto gel.

Controindicazioni: Venoplant Procto gel non ha controindicazioni specifiche. Non utilizzare il prodotto in caso di nota ipersensibilità o incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

Effetti collaterali: Non sono stati rilevati ad oggi effetti collaterali riferiti ad un uso corretto del prodotto. Interrompere la somministrazione e consultare il medico in caso di irritazione della mucosa rettale o della zona perianale. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.










Termine minimo di conservazione: 24 mesi.

Validità dopo apertura: 1 mese.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Dopo l'uso non disperdere il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Rev. 01/2021

Quantità netta: 30 g

SIMBOLI USATI SULLA CONFEZIONE		
 Fabbricante	 Non usare se la confezione è aperta o danneggiata	 Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE e smi
 Numero di lotto	 Consultare le istruzioni per l'uso, prima dell'utilizzo	 Attenzione
 Data di scadenza	 Dispositivo medico Non Sterile	 Conservare a temperatura non superiore a 25°C